

An die
Damen und Herren
Durchgangsärzte

Ihr Zeichen
Ihre Nachricht vom 17.10.2011
Unser Zeichen 413.2 IDE/Dau
(bitte stets angeben)
Ansprechpartner/in Herr Ideker
Telefon 0511 987-2233

Datum 27.10.2011

Rundschreiben Nr. 09/2011 (D)


Freiwillige Rückrufaktion von Hüftoberflächenersatzsystemen der Firma DePuy

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Firma DePuy hat im Herbst 2010 das ASR Hüftsystem (ASR Oberflächenersatz, ASR XL Acetabulumsystem) zurückgerufen, bei dem wegen Abriebs eine erhöhte Zahl von Revisionseingriffen notwendig wird und Folgeschäden drohen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die so genannten Oberflächenersatzprothesen an der Hüfte nicht auch bei Versicherten der gesetzlichen Unfallversicherungsträger zum Einsatz gekommen sind. Sollten sich bei Ihnen Versicherte der gesetzlichen Unfallversicherung in Behandlung befinden bzw. befunden haben, die auf Grund der Folgen eines Arbeitsunfalls mit dem oben genannten Hüftoberflächenersatzsystem versorgt wurden, bitten wir Sie, die Namen der Patienten dem jeweils zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungsträger mitzuteilen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Hagemann
Geschäftsstellenleiter

D 09.doc